

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310061	
CÓDIGO / CODE	107391	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3040075K	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	FOSFATO UV R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO	
	KIT	
	LOTE / LOT:	10739117114
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2019
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	3040020R1K
	LOTE / LOT:	1073931780
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2019
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	3040015R2K
	LOTE / LOT:	1073961781
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2019
	PADRÃO / STANDARD	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	3040003P
	LOTE / LOT:	1073611787
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	Conforme
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme
ODOR/ODOUR R1	COMO DERIVADOS DE POLI-OXIDOS - LIKE POLYOXY-DERIVATIVES	Conforme
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme
PH R1 (25 oC)	0.70 - 0.90	0.84
PH R2 (25 oC)	4.70 - 4.90	4.77
PH R1+R2 (25 oC)	0.80 - 1.00	0.91
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.000 - 0.050	0.004
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	0.000 - 0.300	0.073
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 340 nm	0.000 - 0.250	0.160
TRULAB N LOTE 22255 (mg/dL)	2.89 - 4.17	3.20
TRULAB P LOTE 22804 (mg/dL)	5.62 - 8.09	6.96

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control