

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310052
CÓDIGO / CODE	107093
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1050075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	HDL-C IMUNO R1 3X20ML + R2 1X15ML
KIT	
LOTE / LOT:	10709318114
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2018
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1050020R1K
LOTE / LOT:	10719618107
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1050015R2K
LOTE / LOT:	10719718108
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALHA - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	6.90 - 7.10	Conforme/According
PH (25 oC) R2	6,90 - 7,10	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 600-700 nm	0.000 - 0.0150	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 600-700 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
TRULAB L - LOTE: 23771 (mg/dL)	35.80 - 53.70	37.15
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	37.1 - 49.1	43.63
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	50.3 - 66.7	60.14

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control