

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310092</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107105</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>2110075K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>LIPASE COLOR R1 3X20ML + R2 1X15ML</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	10710518127
DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2018
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2019
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2110020R1K
LOTE / LOT:	10722918139
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2019
<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2110015R2K
LOTE / LOT:	10723018125
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LEVEMENTE TURVO, LARANJA AVERMELHADO - SLIGHTLY TURBID, ORANGE-RED	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.85 - 8.15	Conforme/According
PH (25 oC) R2	3,85 - 4,15	Conforme/According
pH (25 oC) R1 + R2	7.75 - 8.05	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 578 nm	0.000 - 0.070	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 578 nm	0,000 - 0,300	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	49.0 - 73.5	60.83
TRULAB P - LOTE: 22804 (U/L)	92 - 138	114.5

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control