

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310193
CÓDIGO / CODE 110174
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3030060MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION MAGNESIO WS 2X30ML (NOVO MIURA)

KIT

LOTE / LOT: 1101741827
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2018
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3030030MMWS
LOTE / LOT: 1101751826
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AZUL - CLEAR, BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	10.9 - 11.1	10.97
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	1.000 - 1.300	1.241
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	1.76 - 2.43	2.03
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	4.10 - 5.67	4.88

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control