

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310210</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>109386</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1120250KWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>PROTEINA TOTAL WS R1 5X40ML + R2 1X50ML</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1093862168
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2023
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120040R1KWS
	LOTE / LOT: 1093892167
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2023
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1120050R2KWS
	LOTE / LOT: 1093902167
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 09/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.69
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.19
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.045
TRULAB N - LOTE: 28657 (g/dL)	5.54 - 6.91	6.03
TRULAB P - LOTE: 29696 (g/dL)	7.39 - 9.21	8.15

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control