

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310047	
CÓDIGO / CODE	107325	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2040250K	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TGO (ASAT) R1 5X40ML + R2 1X50ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	10732518139
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2019
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2040040R1K
	LOTE / LOT:	10735318130
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2019
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2040050R2K
	LOTE / LOT:	10735418131
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO PALHA - CLEAR, PALE YELLOW LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.55 - 7.75	7.60
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.65
pH (37 oC) R1 + R2	7.55 - 7.75	7.67
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.00 - 0.03	0.013
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 340 nm	1.80 - 1.95	1.845
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	45.1 - 72.1	55.97
TRULAB P - LOTE: 22804 (U/L)	128 - 204	153.3

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signatsure.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control