

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310039	
CÓDIGO / CODE	107096	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1060250K	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO	
	KIT	
	LOTE / LOT:	10709619128
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	03/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060250MK
	LOTE / LOT:	10720019132
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2020
	PADRÃO / STANDARD	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060003P
	LOTE / LOT:	1072541885
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.013
TRULAB N - LOTE : 24382 (mg/dL)	72.7 - 105	85.9
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	136 - 195	170.7
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	87.20 - 131.0	115.6

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control