

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310207
CÓDIGO / CODE	109398
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1060500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1093981847
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2018
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS
	LOTE / LOT: 1094001846
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.29
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.012
TRULAB N - LOTE : 23843 (mg/dL)	72.7 - 105	86
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	165 - 238	195
TRULAB L - LOTE: 23771 (mg/dL)	102.2 - 153.0	131

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control