

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310207 |
| CÓDIGO / CODE | 109398 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1060500KWS |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 2X250ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1093981951 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2019 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2020 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060250MKWS |
| | LOTE / LOT: 1094001949 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2020 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH (25 oC) | 7.1 - 7.3 | 7.22 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.080 | 0.013 |
| TRULAB N - LOTE : 24382 (mg/dL) | 72.7 - 105 | 85.9 |
| TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL) | 136 - 195 | 170.7 |
| TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL) | 87.20 - 131.0 | 115.6 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control