

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310207 |
| CÓDIGO / CODE | 110185 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1060180MWS |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | TRIGLICERIDEOS GPO-PAP WS 6X30ML |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1101852148 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060030MMWS |
| | LOTE / LOT: 1101862148 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH (25 oC) | 7.1 - 7.3 | 7.21 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.080 | 0.017 |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL) | 71.4 - 103 | 82.35 |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL) | 146 - 210 | 174.27 |
| TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL) | 72.1 - 108 | 87.97 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control