

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310041
CÓDIGO / CODE	107099
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10709921223
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2023
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070200R1K
LOTE / LOT:	10720121166
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070050R2K
LOTE / LOT:	10720421142
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2023
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070003P
LOTE / LOT:	10725621132
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.79
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.81
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.62
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.248
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.894
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	28.2 - 44.1	35.4
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	122 - 191	150.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control