

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310189	
CÓDIGO / CODE	109311	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1070500KWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1093112193
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070200R1KWS
	LOTE / LOT:	1093072191
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1070100R2KWS
	LOTE / LOT:	1093052187
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.75
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.81
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.57
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.241
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.994
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	28.2 - 44.1	34.1
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	122 - 191	157.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control