

6PLUS1 MULTILEVEL SERUM CALIBRATOR SET MassChrom STEROID PANEL 2

(Padrão de Calibração de Esteróides em Soro – Painel 2)

MS 10350840288

Para calibração da determinação quantitativa de esteróides no soro pelo método LC-MS/MS

Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e da embalagem.

Artigo	Apresentação
72039	7 x 3 mL (liof.)

Instruções

Os calibradores liofilizados foram desenvolvidos em matriz de soro humano e devem ser usados em rotinas analíticas, de acordo com as instruções do teste utilizado. Eles estão disponíveis apenas como um conjunto de calibradores multinível, com 6 níveis diferentes de calibração e um branco. Os calibradores devem ser manipulados da mesma maneira que uma amostra de paciente.

Reconstituição

Remover a tampa de borracha do frasco. Adicionar exatamente 3,0 mL de água destilada dentro do frasco. Recolocar a tampa e deixar em repouso por 10 a 15 minutos em temperatura ambiente. Agitar ocasionalmente o frasco por rotação para dissolver o conteúdo, até ficar homogêneo.

Condições de Armazenamento

Quando armazenados em temperaturas abaixo de -18°C, os calibradores fechados são estáveis até a data de validade indicada nos rótulos dos frascos.

O calibrador reconstituído pode ser armazenado por até 10 dias, protegido da luz e bem fechado, em temperaturas entre +2°C e +8°C.

Se o calibrador não puder ser analisado nesse período, eles devem ser aliquotados e armazenados congelados, abaixo de -18°C (por até 3 meses).

Precauções

Este produto foi fabricado a partir de amostras de soro humano, testadas e não-reativas para anticorpos anti-HIV 1+2, HIV-, HCV- e HBV-DNA (PCR), antígeno HBs, anticorpo HBc, anticorpo HCV e no TPHA. Uma vez que não existe método de teste que forneça absoluta certeza de que os produtos contendo materiais de origem humana estejam livres de agentes infecciosos, um possível risco de infecção deve ser levado em consideração. Este produto também pode conter agentes desconhecidos ou outros patógenos para os quais não existem testes aprovados. Portanto, é recomendado que todos os produtos contendo materiais de origem humana sejam considerados como potencialmente infecciosos. Deve-se ter o mesmo cuidado na manipulação deste produto como na manipulação de amostras de pacientes potencialmente infecciosas.

Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

Especificações

Variações de $\pm 1\%$ no peso de cada frasco

Concentrações

Os valores para este lote são informados na bula em inglês que acompanha o produto.



Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Am Hong 12 · 82166 Gröbbling / Murnau
Phone: +49 89 18930-0 · Fax: +49 89 18930-199
mailto:info@chromsystems.com · www.chromsystems.com

Importado e Distribuído por: Biopsy Ltd.
Cecilia Gomes Machado, 358, Centro, Itararé, RJ
CEP: 24020-112 · CNPJ: 02220795/0001179 · SAC: (21) 3907-2534
info@biopsy.com.br · www.biopsy.com.br