

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310267</b>	
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111974</b>	
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1160250K</b>	
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>HDL-C DIRETO R1 1X200ML + R2 1X50ML</b>	
	<b>KIT</b>	
	LOTE / LOT:	111974212
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160200R1K
	LOTE / LOT:	111983212
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160050R2K
	LOTE / LOT:	111999212
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	44.64
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	54.07
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	18.8 - 28.2	23.5

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control